

PROJEKTI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA

## KAMPUS VRAZOV TRG

### VPRAŠANJA IN ODGOVORI – Dodelava 3. sklop

1. Spoštovani.

Zanima nas ali je lahko prostor IBKMGL1.3 (Soba za NGS aparate in mikromreže) brez dnevne svetlobe?  
Hvala.

**ODGOVOR:**

Prostor MRC IBKMGL 1.3 Soba za NGS aparate in mikromreže naj ima zagotovljeno dnevno svetlobo.